

التاريخ: 30/04/2023 م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11596

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء المحترمين

الموضوع: Endoscope Washer – Trade In، حسب المواصفات المرفقة.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية:

1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد.
2. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء.
3. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
4. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار.
5. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة.
6. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
7. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم فقط وتوضع في صندوق العطاءات، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح أي منهما العرض الفني والعرض المالي.
8. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً.
9. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار.
10. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل.
11. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر.
12. آخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الإثنين الموافق 2023-05-08 الساعة الرابعة عصراً PM 04:00
13. لأية استفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

أ. إياد مكاي

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

التاريخ: 30/04/2023 م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11596

جدول الأسعار والكميات:

No.	NNUH Code	Item	QTY	Unit	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1.1	G-A- MDD00075	Automatic washer disinfecter for endoscopes • حسب المواصفات في الجدول المرفق صفحة 3 + 4	1	Pcs		
1.2	G-A- MDD00075	Trade In Endoscope Washer • Manufacturer: Endo-Technik • Model: wash master ECO • S/N: 1958 • BME code: BME-1740	1	Pcs		
-		Total Price (NIS)				

يرجى الالتزام بتعبئة الجدول التالي:

	إسم الشركة	1
	الختم	2
	التوقيع والإسم	3
	معلومات الإتصال	4
	مدة التوريد	5
	مدة الكفالة إن وجدت	6

Automatic washer disinfecter for endoscopes, Qty. 1	Compliance	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Europe, USA, Japan)		
Should have CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Automatic washer disinfecter Specifications:		
State of the art technology, the latest version, and the best technology from the manufacturer		
Mobile, built-in, automatic, low-consumption and short-cycle		
Top-loading and single-basin		
Time per cycle: around 20 min		
The door is transparent glass, with upper automatic opening by sensor or button (hands Free)		
Hands Free System		
Hands free operator RFID		
LCD display		
System to accept all types of endoscope from different manufacturer (Pentax or Olympus, Fuji ,..etc)		
Self-cleaning cycle		
Chemical compatibility letter with all types of endoscopes.		
The washer should be an open system for detergents		
Connectivity of each channel individually with a supply tube.		
Fully automatic internal cleaning of each individual channel		
Integrated leak test		
Complete documentation of reprocessing data (Printer, e-copy)		
Drying Cycle.		
Internal water filter		
With Endoscope transfer trolley (3 shelves), Qty. 2		
With all required tubs and lines		
With all filters needed		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		

Training included:		
Operation training for the Endoscopy department team must be provided on-site		
Optional to be priced separately:		
List-price all accessories necessary to operate the solution as per the required specs listed above		
List all other accessories and supplies that you may recommend to NNUH and are considered optional items to be decided on purchasing at the discretion of NNUH		
Disinfectant filter		
Air filter		
Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model, the supplier must have 3 reference at least on local market or regional, and must prepare site visit for our team to evaluate the product.		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals must delivered as soft copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		
Warranty: 5 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations		