

التاريخ : 11/05/2023 م

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11601

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع : **Blood Bank Freezer** ، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء.
3. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها .
4. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار.
5. النفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
6. أن تكون الأجهزة المعروضة جديدة وليست مجددة .
7. ضرورة إرفاق ورقة جدول المواصفات الفنية "Compliance sheet" مع عرض السعر المقدم وأن يكون التسعير على جدول عرض السعر المدرج بكراسة العطاء .
8. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
9. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم فقط وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي.
10. على كل من يرغب بالمشاركة بالعطاء تقديم أحدث ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
11. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الاسعار .
12. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتزليل .
13. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
14. آخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الخميس الموافق 2023-05-18 الساعة الثالثة مساءً 03:00 pm .
15. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات
إياد المكاوي



طرح عطاء رقم – RFQ-H-11601

جدول الأسعار والكميات :

No	NNUH Code	Item	QTY	Unit	CODE #	وكل / نموذج	مدة التوريد	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1	G-A-MDQ01154	Blood Bank Freezer	1	Pcs					
-	Total Price (NIS)								

Qm

يرجى الإلتزام بتعبئة الجدول التالي :

	اسم الشركة	1
	الختم	2
	التوقيع والاسم	3
	معلومات الإتصال	4
	مدة التوريد	5
	مدة الكفالة إن وجدت	6



جدول المواصفات الفنية :

Blood Bank Freezer, Qty: 3	Compliance	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Europe, USA, Japan)		
Should has CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Blood Bank Freezers Specification:		
State of the art technology and the latest version from the manufacturer from the same category, and should be one of the best technology on the market		
To Freeze or store plasma, must be designed specifically for blood bank use		
Must be AABB Standards-Compliant		
Capacity: More than 400 plasma boxes		
Size: 714 L		
Temp: -30°C		
Automatic defrosting if present, temperature should not go outside safe range.		
Whatever the load, setting accuracy less than or equal to 1°C		
Ventilated drawers at least four or more drawers		
Adjustable, liquid-tight drawers for containment of spills		
Quiet operation		
Touchscreen user interface that is password protected		
Audible and visual alarms include power failure, high and low temperature alarms, door ajar, condenser temperature, and low battery		
Solid door and chart recorder standard		
Should be mounted on lockable caster wheels		
Door lock should be available		
Digital temperature (LED) display with 0.1 °C graduation.		
Microprocessor controlled primary temperature control		
Alarm history: temperature maximum and minimum, average temperature during alarm period, time of duration of alarm		
240V 50 Hz Single phase AC		

With Plasma cassettes		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Optional to be priced separately:		
List price all accessories necessary to operate the solution as per the required specs listed above		
List all other accessories and supplies that you may recommend to NNUH and are considered optional items to be decided on purchasing at the discretion of NNUH		

Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model, the supplier must have 3 reference at least on local market or regional, and must prepare site visit for our team to evaluate the product.		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals must delivered as soft copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		

Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendation.		
---	--	--





طرح عطاء

يعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11601 ، على الشركات المتخصصة والراغبة بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض اسعارها في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 18/05/2023 الساعة الثالثة عصراً PM 03:00 :

وقت الإغلاق		موضوع العطاء	رقم العطاء	#
الساعة	التاريخ			
P.M 03:00	2023/05/18	BLOOD BANK FREEZER	RFQ-H-11601	1

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .

على الراغبين بالحصول على نسخة العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 / مبنى الإدارة أو عبر الإيميل Tender3@najah.edu وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية .

للاستفسار يرجى الاتصال على:

لاية استفسارات أخرى يرجى مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم 2331471 -970-09+ تحويلة 6400 / فاكس: 2389685-970-9+ .