

التاريخ : 07/06/2023 م

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11608

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء – المحترمين .

الموضوع : **Electrical Bed**، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء.
3. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
4. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار.
5. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
6. إن تكون الأجهزة المعروضة جديدة وليست مجددة .
7. ضرورة إرفاق ورقة جدول المواصفات الفنية "Compliance sheet" مع عرض السعر المقدم وأن يكون التسعير على جدول عرض السعر المدرج بكتابة العطاء .
8. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
9. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم فقط وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي.
10. على كل من يرغب بالمشاركة بالعطاء تقديم أحدث ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
11. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
12. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
13. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
14. آخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الثلاثاء الموافق 2023-06-20 الساعة الثانية مساءً 02:00 pm .
15. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالمسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد المكاي





طرح عطاء رقم – RFQ-H-11608

جدول الأسعار والكميات :

No	NNUH Code	Item	QTY	Unit	CODE #	وحد / موزع	مدة التوريد	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1	G-A-MDQ01225	<u>Electrical Bed</u>	20	Pcs					
-	Total Price (NIS)								

LM

يرجى الالتزام بتعبئة الجدول التالي :

	إسم الشركة	1
	الختم	2
	التوقيع والإسم	3
	معلومات الإتصال	4
	مدة التوريد	5
	مدة الكفالة إن وجدت	6

جدول المواصفات الفنية : ←

Electrical Patient Bed, Qty: 20	Compliance Yes/No	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Europe, USA, Japan)		
Should has CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Electrical Patient Bed Specification:		
Heavy duty bed for using in the surgical and internal medicine wards		
Electrically operated and controlled		
Patient Weight capacity around 200kg		
Can be accommodated in an elevator with 125 cm by 275 cm dimensions.		
Cardiac Chair Position		
Main control and two double-face siderail control units		
CPR liver and/or electrical CPR button		
Battery with acceptable capacity (please specify)		
Non rusty material frame		
Sterilizable mattress		
Central brake with ALARM, The bed automatically emits an audible signal when the bed is left unbraked while the main power cable is connected		
Built in angle indecator (at the both side of the table) to detect the trendelenburg angle		
Built in angle indecator (at the both side of the table) to detect the back section angle		
Lasy cleaning concept		
Horizontal corner bumpers protect the bed		
Protection against water and dust, IPX4		
The following movements must be electrically available with the following bed angles:		
Backrest (Head section): 0 to 60 degree		
Thigh: 0 to 25 degree		
Foot (calf section): 0 to -15 degree		
Trend. and Anti-Trend. (TR & ATR) movement (-10 to +10) degree		
Adjustable height		
Urinary catheter holder (under the bed)		
Compatible with universal disinfectant agents		
X Electrical bed with electronic weighing system, and must the company capable to calibrate it regularly		

AC input: 220V, 50Hz		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Training included:		
Operation training for the Hospital nursing team must be provided on-site		
Service training for hospital engineers must be provided on-site		
The machine should be supplied with the following Accessories:		
1- IV pole		
2- Mattress		
3- Angle indecator		
4- Battery		
5- X-ray detector holder (in the backrest side)		
Optional to be priced separately:		
1- List price all accessories necessary to operate the solution as per the required specs listed above		
2- List all other accessories and supplies that you may recommend to NNUH and are considered optional items to be decided on purchasing at the discretion of NNUH		
3- Battery		
4- Main hand control unit		
5- Actuator		
6- Side rail control unit		
7- Main control box		
Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model, the supplier must have 3 reference at least on local market or regional, and must prepare site visit for our team to evaluate the product.		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals must delivered as soft and hard copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		
Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendation.		



طرح عطاء مدفوع

يعلم مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11608 ، على الشركات المتخصصة والرغبة بالمشاركة بالمطاء تقديم عروض اسعارها في موعد اقصاه يوم الثلاثاء الموافق الموافق 20/06/2023 الساعة الثانية مساءً 02:00 PM :

وقت الإغلاق	التاريخ	موعد الطرح	ثمن نسخة العطاء	موضوع العطاء	رقم العطاء	#
P.M 02:00	2023/06/20	2023/06/07	250 شيكل غير مستردة	Electrical Bed	RFQ-H-11608	1

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة ارتفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
2. رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
3. ثمن نسخة العطاء 250 شيكل غير مستردة .
4. كاتلة دخول عطاء بقيمة (1000) الف دولار أمريكي .

على الراغبين بالحصول على نسخة العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 / مبنى الإدارة أو عبر الإيميل Tender3@najah.edu وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية .
للاستفسار يرجى الاتصال على:

لاية إستفسارات أخرى يرجى مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم 970-09-2331471 / تحويلة 6400 / فاكس: +970-9-2389685 .