

التاريخ : 31/12/2023 م

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11661

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .
الموضوع : **Ablation System** ، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
3. أن يكون الجهاز المعروض جديداً وليس مجدداً .
4. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
5. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر مع تحميلكم فروق الأسعار .
6. الدفع خلال **90** يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
7. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
8. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم فقط وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي.
9. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
10. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
11. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
12. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
13. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الإثنين الموافق 2024-01-15 م الساعة الثالثة مساءً 03:00 pm .

14. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد المكاوي



طرح عطاء رقم – RFQ-H-11661

جدول الأسعار والكميات :

No.	NNUH#	Item	QTY	Unit	Code + Brand name	Unit Price (Nis)	Total Price (Nis)
شراء							
1	G-A-MDD01304	Ablation System حسب المواصفات الفنية المدرجة	1	Pcs			
1.1	A	Applicator Price Different sizes	1	Pcs			
-	Total Price (Nis)		-	-			

No.	NNUH#	Item	QTY	Unit	Code + Brand name	Unit Price (Nis)	Total Price (Nis)
Lease							
1	G-A-MDD01304	Ablation System حسب المواصفات الفنية المدرجة	1	Pcs			
1.1	A	Applicator Price Different sizes	1	Pcs			
-	Total Price (Nis)		-	-			

	إسم الشركة	1
	الختم	2
	التوقيع والإسم	3
	معلومات الإتصال	4
	مدة التوريد	5
	مدة الكفالة إن وجدت	6

Ablation system, Qty.: 1	Compliance Yes/No	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Europe, USA, Japan)		
Should has CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Please make two offers. one is a lease system, while the other is a purchasing system		
Ablation system Specification:		
State of the art technology, the latest version, and the best technology from the manufacturer		
Microwave generator for thermal ablation treatments		
With touch screen display		
With trolley		
footswitch-controlled energy activation		
Peristaltic pump with the generator		
Continuous monitoring of the relevant parameters during the ablation: time, delivered power, temperature, reflected power, energy deposited in the patient		
Automatic MW track ablation		
Mode of operation: Continuous mode and Pulse mode		
Automatic identification of the probe		
Price seperatly		
Sequential or simultaneous multi-probe operation on 2 or 3 MW antennas		
Microwave generator 250 W		



Handwritten signature/initials

AC input: 220V, 50Hz		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Training included:		
Operation training for the staff must be provided on-site		
Optional to be priced separately:		
List price all accessories necessary to operate the solution as per the required specs listed above		
List all other accessories and supplies that you may recommend to NNUH and are considered optional items to be decided on purchasing at the discretion of NNUH		
All disposable MW probes, all size, give us a list of price		
Temperature monitor		
Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model, the supplier must have 3 reference at least on local market or regional, and must prepare site visit for our team to evaluate the product.		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals must delivered as soft and hard copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		
Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendation.		



طرح عطاء

يعلم مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11661 ، على الشركات المتخصصة والراغبة بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض أسعارها في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 15/01/2024 الساعة الثالثة مساءً PM 03:00 .

#	رقم العطاء	موضوع العطاء	ثمن نسخة العطاء	موعد الطرح	وقت الإغلاق	
					التاريخ	الساعة
1	RFQ-H-11661	Ablation System	مجاً	2023/12/31م	PM 03:00	

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .

على الراغبين بالحصول على نسخة العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 / مبنى الإدارة أو عبر الإيميل Tender3@najah.edu وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية .
للاستفسار يرجى الاتصال على:

مستشفى النجاح الوطني الجامعي